FABRIQUÉS EN FRANCE

Informations règlementaires

Marquage	Indice de classement	Organisme notifié	~~PHTALATES~~	~~LATEX~~
CE	I	0120		

Ce dispositif est destiné à être utilisé une seule fois, cependant sa conception est très fiable mais adaptée à un usage unique. Le dispositif est décontaminé par stérilisation à l'oxyde d'éthylène de façon à garantir à l'utilisateur un dispositif prêt à l'emploi médicalement propre.

1 - Identification du dispositif :

Visuel brassards

2 - Références :

Référence	Désignation	Dimensions en cm		Dimensions de l'ensemble
		Longueur	Largeur	
GBU101	Nourrisson	3,5	29	38
GBU102	Enfant	4,5	35	48
GBU103	Petit Adulte	6	46	61
GBU104	Bras Adulte	8	46	67
GBU105	Bras Adulte L	10	47	70
GCU103	Cuisse Adulte	8	76	97
GCU104	Cuisse conique Adulte	10	62	76
GCU105	Cuisse Adulte L	10	76	90
GCU106	Cuisse adulte XL	10	82	100
GCU107	Cuisse Adulte XXL	10	107	122



3 - Utilisation du dispositif - Mode d'emploi :

- Faire une exsanguination du membre à l'aide d'une bande d'Esmarch ou par surélévation à 45° pendant 5 à 8 mn.
- Avant d'effectuer la pose du garrot :
-

  - s'assurer des bonnes dimensions du garrot à placer en fonction du membre, il faut impérativement que la poche du dispositif se superpose de minimum 2 cm. ***Attention à ne pas confondre la poche et la longueur totale du dispositif (cf dessin page 1)***
  - s'assurer de l'étanchéité de la poche du garrot,

- Positionner le brassard ou le cuissard sur une bande de protection, préalablement appliquée sur la peau du membre à garrotter.
- Introduire le raccord tube en butée (déclic) dans le coupleur rapide.
- Avant la mise sous pression, exercer une légère traction sur le tube pour s'assurer de la parfaite connexion des 2 parties.

Ce dispositif est destiné à être utilisé une seule fois.

"

4 - Identification et caractéristiques des différents sous ensemble

Identifiant	Référrence	Dénomination	Caractéristique
A		Brassard / Cuissard monobloc	Tissu enduit PU biocompatible sans latex
B	A11007	Raccord mâle pour brassard avec joint torique	ACETAL
C		Tube de liaison	PVC médical

5 - Nettoyage et désinfection :

Les brassards et cuisards ne sont pas destinées à être réutilisés, donc il n'est pas prévu de protocole de nettoyage et de désinfection.

6 - Conditionnement

Référence	Nbre d'unité par CDT
GBU101	10
GBU102	10
GBU103	10
GBU104	10
GBU105	10
GCU103	10
GCU104	10
GCU105	10
GCU106	10
GCU107	10

7 - Stockage

Tout brassard ou cuissard en attente d'utilisation doit être obligatoirement conservé dans les conditions ci-dessous :

Type d'emballage	Local	Température	Humidité	Pression atmosphérique
Origine	Médicalement propre	0° à 30° c	30 à 80 %	500 à 1060 hpA

8 - Garantie :

La garantie donne l'assurance au Client qui achète un produit D & D que si le produit ne fonctionnait pas tel qu'indiqué dans les notices d'utilisation, il serait remplacé ou réparé.

La durée de cette garantie est de 24 mois.

Le produit doit être utilisé conformément à l'étiquetage, il ne doit pas avoir été modifié ni avoir fait l'objet d'un accident ou d'une utilisation erronée, abusive ou inappropriée.